



INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM

**Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztály
Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium**

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**A NAH által NAH-1-1039/2017 számon
akkreditált vizsgálólaboratórium.**

Iktatószám: FPIF/42552-1/2020-ITM

1/3

Megbízó hivatkozási száma: FPIF/42552/2020-ITM

F002,7,1

Ügyintéző: Weglárzné dr. Gasztonyi Katalin

Telefon: 06-1-896-7739

Megbízó neve és címe: Alveola Kft.

Megbízás kelte: 2020. május 15.

A vizsgálati minta beérkezésének kelte: 2020. május 15.

Megbízás tárgya: Antimikrobás hatás vizsgálata. Ellenminta vizsgálata.

A mintára vonatkozó azonosító adatok:

1. minta

Minta megnevezése: JimJams® Antibakteriális kéz-és bőrfertőtlenítő spray
Elpusztítja a baktériumok 99,9%-át!

Terméktípus: PT1

EMMI engedély száma: 16371-4/2017/KJFFO

Nettó térfogat: 50 ml e

Forgalmazó: Alveola Kft. 1143 Budapest, Gizella út 28/A.

Gyártási tételszám: BK0911

Felhasználható (hónap/év): 02/2022

Vonalkód: 5 998603 321507

Minta mennyisége: 1 db

Csomagolás leírása: Ép, sértetlen, eredeti csomagolás.

Mintavétel módja: A mintát a megbízó bocsátotta rendelkezésre. (Hatósági mintavétel.)

Vizsgálat végzésének ideje (től-ig időtartama): 2020. 05. 15 – 05. 18.

Vizsgált mintához becsatolt dokumentáció: KEO-001327 számú ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzített ellenminta átadás-átvételi jegyzőkönyve.

Vizsgálati módszerek:

MSZ EN 1275:2006

Kémiai fertőtlenítőszeres és antiszeptikumok.
Kvantitatív szuszpenziós vizsgálat a kémiai
fertőtlenítőszeres és antiszeptikumok alapvető fungicid
vagy alapvető élesztőgomba-ellenes hatásának
értékelésére. Vizsgálati módszer és követelmények
(1. fázis)

A vizsgálatnál alkalmazott műszerek:

Laboratóriumi mérleg

OHAUS Explorer E1B125

Mérési – vizsgálati eredmények

Mikrobiológiai jellemzők

1. minta	A. niger szám (törzssuszpenzió csíraszám: $1,5 \times 10^7/\text{ml}$)
	Hatásidő: 1 perc
Mérési eredmény (cfu/ml)	$\geq 10^4*$
Címke szerint	Fertőtlenítő hatás fungicid
Követelmény MSZ EN 1275:2006 szabvány szerint	csíraszám csökkenés $\geq 10^4$
Értékelés	A termék fungicid hatással rendelkezik.
Véleményezés**	A követelményt kielégíti.

*A csíraszám csökkenés értéke **Nem akkreditált tevékenység

Minta maradékának sorsa: A mintamaradék a Laboratóriumban megőrzésre kerül.

- Vizsgálati jegyzőkönyv vége -

Budapest, 2020. május 18.



Pongor Gáborné
Pongor Gáborné
laboratóriumvezető

Mellékletek: A vizsgálati jegyzőkönyv nem tartalmaz mellékletet.

Felhívás:

- A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.
- A Laboratórium nem felelős az eredmények érvényességéért, ha arra a megbízó által nyújtott valamely téves információ hatással van.
- A vizsgálati jegyzőkönyvet csak teljes terjedelmében szabad lemásolni, kivonatolásához a kiadmányozó írásos engedélyre van szükség.
- A Laboratórium reklamációt a fent megnevezett Megbízó részéről 8 napon belül írásban fogad el.
- A Laboratórium a tevékenysége végrehajtása során megszerzett vagy létrehozott összes információt bizalmasan kezeli és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően megőrzi, azonban hatályos jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve azokat harmadik félnek átadhatja és nyilvánosságra hozhatja.

